Catálogo de productos



STANBIO
LABORATORY
Una empresa de EKF Diagnostics

EKF
DIAGNOSTICS

Bienvenido al catálogo de EKF Diagnostics. Esta edición reúne por primera vez productos de todas las empresas de nuestro grupo, incluidas Stanbio Laboratory y Quotient Diagnostics.

El Grupo EKF Diagnostics incluye actividades y productos de todo el espectro IVD, desde analizadores ambulatorios diseñados para proporcionar resultados de laboratorio precisos en cuestión de minutos a través de una amplia gama de reactivos químicos líquidos que funcionan a la perfección a través de una gama de analizadores automáticos de las marcas líderes en la industria.

Continuamente estamos ampliando nuestra gama con la introducción de nuevos productos y mejoras en algunos de los productos con los que posiblemente ya esté familiarizado. Entre los que destacan:

- **Quo-Lab**, un analizador de HbA1c económico y fácil de utilizar. Ideal para consultorios médicos
- El dispositivo **STAT-Site® M Hgb** de nuevo diseño que utiliza la tecnología de tiras para proporcionar resultados de hemoglobina en 30 segundos
- Nuestro nuevo **STAT-Site® M ß-HB** que lleva la prueba de cetonas un paso más cerca de la sala de emergencias
- Lancetas de seguridad y lancetas pediátricas EKF Surgilance
- Una amplia gama de reactivos químicos líquidos estables LiquiColor® y Liqui-UV®

Si desea mantenerse al tanto de los avances dentro del Grupo EKF Diagnostics recuerde visitar nuestras páginas en Internet **ekfdiagnostics.com** y **stanbio.com** o síganos en Twitter, Facebook o LinkedIn.

Gracias por ser cliente del Grupo EKF Diagnostics. Esperamos con interés trabajar con usted durante el próximo año.

STANBIO LABORATORY
Una empresa de EKF Diagnostics

EKF DIAGNOSTICS

Índice

Analizadores
Quo-Test 4
Quo-Lab 5
STAT-Site® M$^{ß\text{-}HB}$ 6
STAT-Site® M^{Hgb} 7
Hemo Control 8
HemoPoint® H2 9
Lactate Scout+ 11
Biosen C-Line y S-Line 12
Química Excel™ 14
Uri-Trak® 120 15

Química
Reactivos 17-19
Calibradores 20
Estándares 20
Controles 21

Inmunoensayo
Serología RaPET® 23

Pruebas rápidas
QuStick™ hCG 25
QuPID® hCG 26
True® 20 hCG 26
Controles de prueba de embarazo 26
QuStick™ Strep A 27
Rely® H. Pylori 28
Rely® Mono 28

OEM, biomarcadores & diagnóstico molecular (MDx) 29

Tabla de aplicación de reactivos 32

Analizadores HbA1c

Quo-Test

Medición automatizada simple y precisa de HbA1c

4 min · 4µl · IFCC NGSP

- Completamente automatizado
- Funciones fáciles de usar que minimizan el tiempo de capacitación
- Instrucciones paso a paso en pantalla
- Colector de sangre innovador que permite tomar muestras de manera fácil y consistente
- No se ve afectado por la mayoría de las variantes de Hb
- Rastreable conforme al método de referencia de la IFCC
- Almacena hasta 7.000 resultados
- Marcado CE

El paquete del analizador incluye: analizador automatizado con software en distintos idiomas, puertos de comunicación serial y USB 2.0. Completo con adaptador de corriente y el lector de códigos de barras. 100-240 V c/a, 50-60 Hz, 30 W.

Información para pedidos	Número de referencia	Contenido
Paquete de analizador	0108-0000 7045-0011-0070	1 juego
Kit de prueba	0031 7045-3011-0163	1 juego de 15 pruebas
Juego de control de calidad	0061 7045-6011-0384	1 juego
Impresora	0108-0002 7045-7011-0287	1 pieza
Cable de la impresora	0108-004 7045-7019-0423	1 pieza
Etiquetas para impresora	0108-0006 7045-7012-0304	1 rollo (320 etiquetas CA)
Hisopos de limpieza	0108-0029	1 paquete de 50 piezas

■ Envío desde Quotient Diagnostics Ltd
■ Envío desde EKF-diagnostic GmbH

Actualmente no está disponible en EE. UU.

Especificaciones

Metodología	Extinción de la fluorescencia por afinidad al boronato
Principio	Glicohemoglobina
Tipo de muestra	Sangre total capilar y venosa
Tamaño de la muestra	4 µl
Rango de medición A1c	<4% - 15%
CV de imprecisión A1c	<3% a 7%
Calibración	No es necesaria

Analizadores HbA1c

Quo-Lab

Analizador de HbA1c económico y semi-automatizado

4 min · 4µl · NGSP

- Semi-automatizado
- Funciones fáciles de usar que minimizan el tiempo de capacitación
- Instrucciones paso a paso en pantalla
- Colector de sangre innovador que permite tomar muestras de manera fácil y consistente
- No se ve afectado por la mayoría de las variantes de Hb
- Almacena hasta 7.000 resultados
- Marcado CE

El paquete del analizador incluye: analizador semi-automatizado con software en distintos idiomas, puertos de comunicación serial y USB 2.0. Completo con adaptador de corriente y el lector de códigos de barras. 100-240 V c/a, 50-60 Hz, 30 W.

Actualmente no está disponible en EE. UU.

Especificaciones

Metodología	Extinción de la fluorescencia por afinidad al boronato
Principio	Glicohemoglobina
Tipo de muestra	Sangre total capilar y venosa
Tamaño de la muestra	4 µl
Rango de medición A1c	4% - 15%
CV de imprecisión A1c	<3% a 7%
Calibración	No es necesaria

Información para pedidos	Número de referencia	Contenido
Paquete de analizador	0110-0000 7045-0021-0081	1 juego
Kit de prueba	0055 7045-3111-0184	1 juego de 50 pruebas
Juego de control de calidad	0071 7045-6011-0640	1 juego
Impresora	0108-0002 7045-7011-0287	1 pieza
Cable de la impresora	0108-004 7045-7019-0423	1 pieza
Etiquetas para impresora	0108-0006 7045-7012-0304	1 rollo (320 etiquetas CA)
Hisopos de limpieza	0108-0029	1 paquete de 50 piezas

■ Envío desde Quotient Diagnostics Ltd
■ Envío desde EKF-diagnostic GmbH

Analizadores β-Hidroxibutirato

STAT-Site® M β-HB El estándar de cuidado en pruebas de cetonas

<80 s · 10µl · SUERO/PLASMA

Monitoree la cetoacidosis diabética (CAD) en pacientes con diagnóstico reciente

Resultados cuantitativos de la cetona ß-hidroxiburato

Resultados en 80 segundos

Marcado CE



El ß-Hidroxiburato representa aproximadamente el 78% de los tres cuerpos cetónicos.

El paquete del analizador incluye: analizador, una batería de Li (CR 2032) de 3 V (instalada), manual de operación y una batería de Li (CR 2032) de 3 V de repuesto, tarjeta de registro de garantía.

Especificaciones

Metodología ..... Fotometría de reflectancia
Principio ..... ß-Hidroxibutirato deshidrogenasa
Tipo de muestra ..... Suero, plasma
Tamaño de la muestra ..... 10 µl
Linealidad ..... 0,1 a 2,0 mM
CV de precisión ..... Control bajo 6,1%
..... Control alto 3,9%
Calibración ..... Automática (clave de CÓDIGO):

Información para pedidos	Número de referencia	Contenido
Paquete de analizador	400400	1 juego
Tiras STAT-Site® M ß-HB (incluye clave de CÓDIGO)	401010	4 x 25 tiras
Controles STAT-Site® ß-HB (tira/tarjeta)	303000	2 x 3 mL (1 x alto y 1 x bajo)
Verificador de linealidad STAT-Site® (tira/tarjeta)	303500	1 x 1 mL
Diluyente STAT-Site® (tira/tarjeta)	202000	6 x 3 mL
Paquete de batería de litio de 3 V STAT-Site® M	900905	5 piezas

Analizadores Hemoglobina

El poder en la palma de su mano: un dispositivo de prueba de hemoglobina realmente portátil

STAT-Site® M^{Hgb}

30 s | 15 µl | 57 g

- Resultados de hemoglobina en 30 segundos
- Rendimiento y confiabilidad
- Una batería rinde aproximadamente 1.000 pruebas
- Función de recuperación del último resultado
- Marcado CE

Opción de tarjeta de prueba también disponible

La versión con tiras actualmente no está disponible en EE. UU.

El paquete del analizador incluye: analizador, una batería de Li (CR 2032) de 3 V (instalada), manual de operación, guía de referencia rápida y una batería de Li (CR 2032) de 3 V de repuesto, tarjeta de registro de garantía.

Especificaciones

Metodología ..... Fotometría de reflectancia
Principio ..... Azidametahemoglobina
Tipo de muestra ..... Sangre total
Tamaño de la muestra .. 15 µl (tiras); 12 µl (tarjetas)
Linealidad ..... 4 a 21 g/dL (tiras);
..... 6 a 21 g/dL (tarjetas)
Rango de funcionamiento ... 16 a 35 °C (61 a 95 °F)
Humedad ..... 20 a 80% (no condensante)
Calibración ..... Automática (clave de CÓDIGO):

Información para pedidos	Número de referencia	Contenido
Paquete del analizador (tira)	800800	1 juego
Paquete del analizador (tarjeta)	900900	1 juego
Tiras STAT-Site® M^{Hgb} (incluye clave de CÓDIGO)	801025	4 x 25 tiras
Tarjetas STAT-Site® M^{Hgb} (incluye clave de CÓDIGO)	901025	4 x 25 tarjetas
Controles de Hgb de dos niveles (tiras)	3065-601	6 x 1,5 mL (3 x bajo y 3 x alto)
Controles de hemoglobina STAT-Site® (tarjetas)	503000	6 x 1,5 mL (3 x bajo y 3 x alto)
Tubos de transferencia de 15 µL (tiras)	202015	100 tubos
Tubos de transferencia de 12 µL (tarjetas)	202012	100 tubos
Paquete de batería de litio de 3v	900905	5 piezas

Analizadores Hemoglobina

Hemo Control HemoPoint® H2*

Resultados precisos de hemoglobina y hematocritos** con una simple prueba

Especificaciones

Metodología ..... **Azida-metahemoglobina**
Principio ..... **Fotométrico**
Tipo de muestra . **Sangre capilar, arterial o venosa**
Tamaño de la muestra ..... **8 µl**
Linealidad ..... **0 a 20 g/dL: ±0,3 g/dL**
..... **>20 g/dL: ±0,7 g/dL**
Rango de medición ..... **0 a 25,6 g/dL;**
..... **0 a 15,9 mmol/L**
CV de imprecisión ..... **< 2%**
Calibración ..... **Calibrado de fábrica (Método de referencia NCCLS)**

25 a 60 s · 8µl · <2% · EXONERADO POR LA CLIA

- Funciones fáciles de usar que minimizan el tiempo de capacitación
- Funcionamiento de la pantalla táctil
- Resultados de hemoglobina y hematocritos** con la sangre de una punción digital en un lapso de 25 a 60 segundos
- La microcubeta minimiza el riesgo de burbujas de aire para garantizar resultados consistentes
- De bajo mantenimiento, no requiere servicio
- Almacena hasta 4.000 resultados del paciente
- Almacena hasta 500 resultados de CC (HC Manager)
- Opción de manejo de datos
- Marcado CE

* HemoPoint® H2 disponible a través de Stanbio Laboratory and Alere Inc. (únicamente en EE. UU.)

** El resultado de hematocritos se calcula cuando el resultado de la hemoglobina se encuentra entre 12 y 18 g/dL

Hemo Control

El paquete del analizador incluye: analizador, adaptador de corriente, manual de operación, guía rápida, 2 limpiadores ópticos, cubeta de control y tabla para la pared.

Información para pedidos	Número de referencia	Contenido
Paquete de analizador	(Consulte el panel adyacente)	1 juego
Microcubeta de hemoglobina (Próxima generación)	3000-3012-0765	4 x 50 piezas
Microcubeta de hemoglobina (Próxima generación) en paquete individual	3000-3013-0278	1 caja de 50 piezas
Microcubeta de hemoglobina† (Básica)	3000-3011-050	5 x 50 piezas
	3000-3021-0284 (Embalaje de papel aluminio)	5 x 50 piezas
Solución de control Hb-con baja	3000-6121	1 pieza
Solución de control Hb-con juego 2	3000-6128	1 juego
Limpiador óptico	3000-6232	1 juego de 5 piezas
Impresora DPU-414 (incluye adaptador de corriente y cable para la interfaz)		1 pieza

HemoPoint® H2*

El paquete del analizador incluye: analizador, adaptador de corriente, manual de operación, guía rápida, 1 limpiador óptico y tabla para la pared

Información para pedidos	Número de referencia	Contenido
Paquete de analizador	G3000-001	1 juego
Microcubetas HemoPoint® H2 n•x•t™	3015-100	2 contenedores con 50 piezas c/u
	3015-200	4 contenedores con 50 piezas c/u
	3016-050 MEX	1 contenedor con 50 piezas
Controles de Hgb de dos niveles	3065-601	6 x 1,5 mL (3 x bajo y 3 x alto)
Limpiador óptico	3050-003	3 piezas
Impresora, DPU-414 (incluye adaptador de corriente y cable para la interfaz)	G3250-001	1 pieza
Adaptador de corriente	3040-001	1 pieza
Maletín de plástico	3190-001	1 pieza

Gama de Hemo Control

Hemo Control
3000-0031-6801

Hemo Vet
3022-0031-6801

Hemo Control Manager
3005-0035-6801

Hemo Vet Manager
3031-0010-0208

HemoPoint H2 DMS
G3500-001

Opciones de manejo de datos

HemoPoint® H2 DMS	Hemo Control Manager
InterLink™	Hemo Connect
HemoPoint® H2	**Hemo Control**
InterLink™ Lite	Hemo Connect Light

† No disponible en Suiza, Liechtenstein, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Suecia, Australia, EE. UU., China, Japón, Corea del Sur, Suráfrica

Extracción precisa de muestras

- Solamente 8 µl de sangre capilar, venosa o arterial
- Cubeta precargada con reactivo seco
- La sangre se extrae por acción capilar

Cartucho de 50 microcubetas

- Ideal para entornos de alto volumen
- Vida útil de hasta 24 meses

Microcubetas empaquetadas individualmente

- Adecuadas para clima tropical
- Poca sensibilidad a la humedad
- Temperatura de funcionamiento 15 a 40 °C
- Se almacena a temperatura ambiente (15 a 30 °C)
- Vida útil de 12 meses

EKF DIAGNOSTICS

NXT-GEN

MICROCUBETA

Tecnología sin burbujas

Toma de muestras simple desde cualquier ángulo

LANCETAS DE SEGURIDAD SURGILANCE DE EKF DIAGNOSTICS

Lancetas desechables seguras y confiables para la toma de muestras de sangre capilar

Lancetas de seguridad BabyLance:
7202-4309-0199 (rosado: bebé prematuro)
7202-4309-0327 (azul: recién nacido)

Lancetas de seguridad SurgiLance™:
7202-4306-0276 (gris, 1.8 mm, G23, 10 a 20 µL)
7202-4306-0404 (naranja, 2.2 mm, G22, 20 a 40 µL)
7202-4306-0532 (rosado, 2.8 mm, G21, 40 a 60 µL)

Analizadores Lactate

Lactate Scout+

Medición de lactatos*
rápida, precisa y confiable

10 s | 0,2µl | +/-3%

Medición de lactato, fecha, hora, modalidad, temperatura e identificador de memoria en una sola pantalla

Instrucciones paso a paso en pantalla

Mediciones únicas y por etapas (en reposo/ejercicio/recreación)

Sensores precalibrados

Conectividad Bluetooth™ integrada

Almacena hasta 250 resultados

Marcado CE

*Para uso en entrenamiento deportivo solamente (EE. UU.)

Solo 7023-0405-0531
Analizador con manual del usuario y paquete de batería.

Set básico 7023-0404-0514
Analizador con manual del usuario, paquete de batería, 2,5 mL de solución de prueba, botella de aerosol y estuche para cinta.

Set de inicio 7023-0403-0497
Analizador con manual del usuario, paquete de batería, 10 lancetas de seguridad (Surgilance gris), 6 sensores de lactato, 2,5 mL de solución de prueba, botella de aerosol, estuche para cinta, dispositivo Bluetooth®, CD con el software del Asistente para Lactate Scout.

Especificaciones

Metodología ..... Sensores de microfluidos desechables
Principio ..... Enzimático amperométrico
Tipo de muestra ..... Sangre total capilar
Tamaño de la muestra ..... 0,2 µl
Rango de medición ..... 0,5 a 25,0 mmol/L
Imprecisión ..... ±3% (desviación estándar mínima de 0,2 mmol/L)
Calibración ..... Sensores precalibrados

Información para pedidos	Número de referencia	Contenido
Analizador (consulte el panel adyacente)	7023-0405-0531	1 juego
	7023-0404-0514	
	7023-0403-0497	
Sensores de lactato	7023-3405-1008	1 juego x 24
	7023-3405-0727	2 juegos x 24
	7023-3405-0846	3 juegos x 24
Solución de prueba	7023-6126-0309	1 juego de 10 piezas
CombiPack de solución de prueba: 2 niveles	7023-6131-0235	1 juego de 2x5 piezas
Paquete para PC (incluye dispositivo Bluetooth™ y CD con el software del Asistente para Lactate Scout)	7023-7532-0367	1 juego
Software Winlactat	7203-1001-0046 (light)	1 pieza
	7203-1001-0174 (profesional)	1 pieza
Software Lactate Express	7203-1001-0430 (básico)	1 pieza
	7203-1001-0558 (profesional)	1 pieza

Analizadores Glucosa y Lactato

Biosen C-Line y S-Line

Medición de la glucosa y el lactato
con precisión de laboratorio
a partir de una muestra

25 s · 20 µl · ≤1,5%

- Pantalla táctil multilingüe con instrucciones paso a paso
- Adecuado para muestra de sangre total, suero o plasma
- Almacena hasta 1.000 resultados
- Muestra hemolizada estable hasta por cinco días
- Tecnología de chip sensor de larga vida útil
- Marcado CE

No disponible en EE.UU.

El paquete del analizador incluye: Analizador con software multilingüe, EDP, puerto para impresora, adaptador de corriente, lector de códigos de barras integrado (opcional) y manual del usuario. 100-240V CA, 50-60 Hz.

Especificaciones

Metodología	**Electroquímica**
Principio	**Enzimático amperométrico**
Tipo de muestra	**Sangre total, plasma o suero**
Tamaño de la muestra	**20 µl (10 µl)**
Rango de medición	**Glucosa de 0,5 a 50 mmol/L**
	Lactato de 0,5 a 40 mmol/L
CV de imprecisión	**≤1,5 % (12 mmol/l)**
Calibración	**Automática, 3 modalidades**

BIOSEN C-LINE	
GP+	• Hasta 5 muestras
CLÍNICA	• Hasta 20 muestras

BIOSEN S-LINE	
LAB+	• Hasta 63 muestras

Información para pedidos

Analizadores	Número de referencia	Contenido
Biosen C-Line GP+ (1 canal de medición)	5213-0051-6200	1 juego
Biosen C-Line GP+ (2 canales de medición)	5213-0121-6200	1 juego
Biosen C-Line Clinic (1 canal de medición)	5214-0051-2200	1 juego
Biosen C-Line Clinic (2 canales de medición)	5214-0121-2200	1 juego
Biosen S-Line Lab+ (1 canal de medición)	5222-0056-6200	1 juego
Biosen S-Line Lab+ (2 canales de medición)	5222-0123-6200	1 juego

Sensores	Número de referencia	Contenido
Chip sensor para glucosa (tipo II)	5206-3011	1 pieza
Chip sensor para lactato (tipo II)	5206-3029	1 pieza
Tapón para insertar en bloque del sensor (tipo II)	5206-3135	1 pieza

Recipientes para muestra precargados	Número de referencia	Contenido
Recipientes de solución hemolizante con capilares de extremo a extremo de 20 µl	0209-0100-012 (capilares de plástico)	1 juego de 1.000 piezas
	0209-0100-135 (capilares de vidrio)	
	0209-0100-014 (capilares de plástico)	5 juegos de 200 piezas
	0209-0100-138 (capilares de vidrio)	
Recipientes de solución hemolizante con capilares de extremo a extremo de 20 µl	0209-0100-013 (capilares de plástico)	1 juego de 200 piezas
Recipientes de solución hemolizante sin capilares	0209-0100-122	1 juego de 1.000 piezas
Recipientes de solución hemolizante de 0,5 mL con capilares de extremo a extremo de 10 µl	0209-0100-005 (capilares de vidrio)	1 juego de 1.000 piezas
Alojamiento para capilares de extremo a extremo	0901-0200-002	1 pieza
Solución hemolizante	0201-0002-040	1 pieza x 0,5L
	0209-0100-050	1 pieza x 0,5L

Calibradores y solución	Número de referencia	Contenido
Solución multi-estándar precargada	5211-3015	1 juego de 50 piezas
	5211-3017	1 juego de 100 piezas
Solución multi estándar	5211-3028	1 frasco de 50 mL
Solución para sistema de glucosa/lactato	0201-0002-025	1 frasco de 500 mL
	0201-0002-024	1 frasco de 2.500 mL
	0201-0002-026	1 frasco de 5.000 mL

Material para control de calidad	Número de referencia	Contenido
EasyCon Norm (material CC)	0201-0005-012P6	1 juego de 6 piezas
EasyCon Pat (material CC)	0201-0005-013P6	1 juego de 6 piezas
ReadyCon Norm (solución de prueba)	5130-6152	1 juego de 25 piezas
ReadyCon Pat (solución de prueba)	5130-6162	1 juego de 25 piezas
Solución de prueba para el sensor	5130-6055	1 juego de 20 piezas
Kit para prueba de linealidad 2-7-18 mmol/L 36-126-324 mg/dL	0209-0102-391	1 juego de 3 x 3 piezas

Capilares y recipientes para muestra	Número de referencia	Contenido
Microtubos de ensayo EKF Safecups de 2,0 mL	8200-0011-0034	1 juego de 1.000 piezas
Microtubos de ensayo Eppendorf 3180 x 1,5 mL	0204-0111-2013	1 juego de 1.000 piezas
Microtubos de ensayo Eppendorf	0204-0100-343 1,5 mL	1 juego de 1.000 piezas
	0204-0100-344 2,0 mL	1 juego de 1.000 piezas
Capilares de extremo a extremo de 20 µl, heparinizados con sodio	7111-0011-20H plástico	1.000 piezas (10 x 100)
	0204-0200-102 vidrio	1.000 piezas (10 x 100)
Capilares de extremo a extremo de 10 µl, heparinizados con sodio	0204-0200-112 vidrio	1.000 piezas (10 x 100)

Analizadores Química clínica

Excel™

Fotómetro semi-automatizado controlado por un microprocesador

250 µl

- Conveniente y económico
- Instrucciones sencillas se muestran en la pantalla para cada prueba
- Ensayos de punto final, cinético y EIA
- Sistema óptico biocromático
- El módulo de celda de flujo reduce al mínimo el consumo de reactivos
- Pantalla LCD abatible
- 120 canales abiertos con químicas clínicas de rutina de Stanbio preprogramadas
- Impresora interna

Modalidades de cálculo: calibración de un solo punto por estándar o factor, absorción, calibración de múltiples puntos con ajuste de la curva punto a punto, cinética por estándar o factor (por lotes o individual) y muestra en blanco.

El paquete del analizador incluye: analizador Excel™ con incubadora de 18 plazas, impresora interna, teclado, adaptador de corriente y manual del usuario.

Especificaciones

Tipo de muestra ..... **Múltiple**
Resultados ..... **Cuantitativos**
Longitudes de onda estándar ..... **340, 405, 450, 505, 545, 600 nm**

Información para pedidos	Número de referencia	Contenido
Analizador Excel™ (Inglés)	G7700E-001	1 juego
Analizador Excel™ (Español)	G7700S-001	1 juego
Papel térmico para impresora	3180-005	1 caja (5 rollos)
Manual de operación (Inglés)	7705E-001	1 c/u
Manual de operación (Español)	7705S-001	1 c/u
Lámpara de repuesto	112004	1 c/u

Analizadores Orina

Uri-Trak® 120

Exactitud y consistencia en
pruebas químicas de orina

ORINA

EXONERADO POR LA CLIA

- Hasta 120 pruebas por hora en modo de prueba continua.
- Almacena hasta 2.000 resultados de pruebas
- Bloqueo de usuario y control de calidad
- Entrada rápida y fácil de la identificación del paciente
- Impresora térmica incorporada
- Marcado CE

El paquete del analizador incluye: analizador Uri-Trak® 120, portatiras, rollos de papel para impresora (2), fusibles (2.0 A x 2), adaptador de corriente, guía rápida, manual de operación.

Parámetros: urobilinógeno, glucosa, cetonas, bilirrubina, proteínas, nitritos, pH, sangre, gravedad específica y leucocitos

Especificaciones

Tipo de muestra ..... **Orina**
Resultados .....**Cualitativos y semi-cuantitativos**

Información para pedidos	Número de referencia	Contenido
Analizador Uri-Trak® 120	G1200-001	1 unidad
Tiras reactivas de análisis de orina Uri-Chek® 10SG	1280-100	100 pruebas
Cable para transferencia de datos	G1240-001	1 c/u
Lector de códigos de barras	G1250-001	1 c/u
Papel térmico para impresora	G1260-001	1 caja (4 rollos)
Papel adhesivo para impresora	G1270-001	1 caja (4 rollos)

Química

Una amplia gama de reactivos diseñados para facilidad de uso

EKF Diagnostics ofrece una extensa gama de reactivos químicos líquidos estables para uso clínico. Nuestra línea de reactivos LiquiColor® y Liqui-UV® está diseñada para máxima estabilidad y facilidad de uso.

Las características de los reactivos líquidos incluyen:

- Estabilidad hasta la fecha de vencimiento, incluso después de abrir la botella
- Listo para utilizar en cualquier momento, muchos con preparación del reactivo sin medida
- Opción económica en kits de reactivos diseñados para satisfacer las necesidades de laboratorios grandes y pequeños
- Se asegura la calidad de los resultados ya que se evitan los errores de reconstitución o el agua contaminada

Nuestra fábrica en Boerne, Texas, está regulada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Todas las etapas del proceso de fabricación están en función de las estrictas normas de Buenas Prácticas de Manufactura actuales (CGMP, por sus siglas en inglés).

Reactivo líquido
Reactivo en polvo

Reactivos		Marcado CE	Metodología	Número de referencia	Contenido	Lineal	Lectura (nm)
Prueba de acetaminofén LiquiColor® (Cinética) (TDM)		•	Arilacilamidasa/o-cresol	2400-060	R1: 1 x 40 mL R2: 1 x 20 mL STD: 1 x 3 mL (300 mg/L)	300 mg/L	615
Prueba de albúmina LiquiColor®		•	Reacción al verde de bromocresol (BCG)	0285-500	R: 2 x 250 mL STD: 1 x 3 mL (6 g/dL)	7 g/dL	550
Prueba de fosfatasa alcalina LiquiColor® (Cinética)		•	P-nitrofenilfosfato	2900-430	R1: 4 x 25 mL R2: 1 x 20 mL	800 U/L	405
		•		2900-500	R1: 4 x 105 mL R2: 4 x 20 mL	800 U/L	405
Prueba de AST/SGPT Liqui-UV® (Cinética)		•	Procedimiento recomendado por IFCC	2930-430	R1: 4 x 25 mL R2: 1 x 20 mL	600 U/L	340
		•		2930-500	R1: 4 x 105 mL R2: 4 x 20 mL	600 U/L	340
Prueba de α-Amilasa LiquiColor® (cinética)			Sustrato EPS-G7	2970-430	R: 4 x 30 mL	2000 U/L	405
Prueba de AST/SGOT Liqui-UV® (Cinética)		•	Procedimiento recomendado por IFCC	2920-430	R1: 4 x 25 mL R2: 1 x 20 mL	600 U/L	340
				2920-500	R1: 4 x 105 mL R2: 4 x 20 mL	600 U/L	340
Prueba de ß-Hidroxibutirato LiquiColor® (punto final)		•	ß-Hidroxibutirato deshidrogenasa/INT	2440-058	R1: 1 x 50 mL R2: 1 x 8.5 mL STD: 1 x 3 mL (1 mmol/L)	4,5 mmol/L	505
Prueba de ß-Hidroxibutirato LiquiColor® (Beckman Synchron® CX/LX/DX)			ß-Hidroxibutirato deshidrogenasa/INT	B2440-180	2 x 90 pruebas	Específica del instrumento	520
Controles TDM/ß-Hidroxibutirato de tres niveles.		•	Líquido listo para usar	2460-605	6 x 5 mL		
Controles TDM/ß-Hidroxibutirato de dos niveles.		•	Líquido listo para usar	2465-605	6 x 5 mL		
Estándares de linealidad para TDM/ß-Hidroxibutirato			Líquido listo para usar	2450-604	6 x 4 mL		
Prueba de bilirrubina directa LiquiColor®			DCA (2,4-Dicloroanilina)	0235-450	R1: 3 x 120 mL R2: 1 x 90 mL	0,1 -10 mg/dL	550
Reactivo de bilirrubina directa LiquiColor® Reactivo accesorio para set de prueba de bilirrubina total ref. 0240-080		•	Método modificado de Walters-Gerarde	0245-250	R: 1 x 250 mL Oxidante: 1 x 15 mL	10 mg/dL	540
Prueba de bilirrubina total LiquiColor®			DCA (2,4-Dicloroanilina)	0230-450	R1: 3 x 120 mL R2: 1 x 90 mL	0,07-30 mg/dL	540
Prueba de bilirrubina total LiquiColor®		•	Método modificado de Walters-Gerarde	0240-080	R: 1 x 250 mL Oxidante: 1 x 15 mL Calibrador: 1 x 6 mL (10 mg/dL)	20 mg/dL	540
Prueba de bilirrubina total y directa LiquiColor®		•	Método modificado de Walters-Gerarde	0260-200	R1: 1 x 100 mL R2: 1 x 100 mL Oxidante: 1 x 15 mL Calibrador: 1 x 6 mL (10 mg/dL)	10 mg/dL- (Directa) 20 mg/dL- (Total)	540
Prueba de calcio (arsenazo) LiquiColor®		•	Arsenazo III	0155-225	R: 2 x 250 mL STD: 1 x 3 mL (10 mg/dL)	15 mg/dL	650
Prueba de calcio (CPC) LiquiColor®			Cresolftaleina complexona	0150-250	R1: 1 x 125 mL R2: 1 x 125 mL STD: 1 x 3 mL (10 mg/dL)	15 mg/dL	550
Prueba de cloro LiquiColor®		•	Tiocianato de mercurio	0210-250	R: 1 x 250 mL STD: 1 x 3 mL (100 mEq/L)	70-120 mEq/L	500

Reactivos		Marcado CE	Metodología	Número de referencia	Contenido	Lineal	Lectura (nm)
Prueba de colesterol LiquiColor® (enzimática) Con factor lípido clarificador		•	Método modificado de Trinder	1010-430	R: 4 x 30 mL STD: 1 x 3 mL (200 mg/dL)	750 mg/dL	500
				1010-225	R: 2 x 250 mL STD: 1 x 3 mL (200 mg/dL)	750 mg/dL	500
				1011-001*	R: 1 x 1000 mL	750 mg/dL	500
Reactivo precipitante de la prueba de colesterol HDL Para uso con la prueba de colesterol ref. 1010		•	Método de mg/dextran sulfato	0599-020	R: 400 pruebas (1 x 20 mL) STD: 1 x 3 mL (50 mg/dL)		
Prueba directa de colesterol HDL LiquiColor® (enzimática)		•	Método homogéneo para medición directa de HDL	0590-040	R1: 1 x 30 mL R2: 1 x 10 mL	150 mg/dL	600
				0590-080	R1: 2 x 30 mL R2: 2 x 10 mL	150 mg/dL	600
				0590-500*	R1: 3 x 125 mL R2: 1 x 125 mL	150 mg/dL	600
Prueba directa de colesterol LDL LiquiColor® (enzimática)		•	Método homogéneo para medición directa de LDL	0710-080	R1: 2 x 30 mL R2: 2 x 10 mL	520 mg/dL	600
Calibrador de colesterol (HDL/LDL) directo		•	Suero humano liofilizado que contiene HDL y LDL	0595-003	1 x 3 mL		
Prueba de CK Liqui-UV® (creatina cinasa/cinética)		•	Reacción modificada de Szasz	2910-430	R1: 4 x 24 mL R2: 4 x 6 mL	1-1200 U/L	340
Prueba de CK-MB Liqui-UV® (creatina cinasa-MB/cinética)			Inmunoinhibición	2980-430	R1: 4 x 24 mL R2: 4 x 6 mL	175 U/L	340
Prueba de CK-MB (creatina cinasa-MB/UV-cinética)		•	Inmunoinhibición	0980-103	R: 9 x 3,5 mL	175 U/L	340
Prueba de creatinina LiquiColor® (punto final) Envío no peligroso			Método enzimático	0430-120	R1: 3 x 30 mL R2: 1 x 30 mL STD: 1 x 5 mL (5 mg/dL)	30 mg/dL	550
				0430-500	R1: 3 x 125 mL R2: 1 x 125 mL STD: 1 x 5 mL (5 mg/dL)	30 mg/dL	550
Prueba de creatinina LiquiColor® (cinética)		•	Método de Jaffe	0420-500	R1: 1 x 250 mL R2: 1 x 250 mL STD: 1 x 5 mL (5 mg/dL)	20 mg/dL	510
Prueba de Gamma-GT LiquiColor® (γ-Glutamil transferasa/cinética)		•	Método modificado de Szasz	2960-430	R1: 4 x 25 mL R2: 1 x 20 mL	300 U/L	405
				2960-500	R1: 4 x 105 mL R2: 4 x 20 mL	300 U/L	405
Prueba de glucosa Liqui-UV® (punto final)			Hexoquinasa	1060-500	R1: 4 x 105 mL R2: 1 x 80 mL STD: 1 x 3 mL (100 mg/dL)	500 mg/dL	340
Prueba de glucosa LiquiColor® (enzimática)		•	Método de Trinder	1070-125	R: 1 x 250 mL STD: 1 x 3 mL (100 mg/dL)	400 mg/dL	500
				1070-500	R: 2 x 250 mL STD: 1 x 3 mL (100 mg/dL)	400 mg/dL	500
				1071-001*	R: 1 x 1000 mL	400 mg/dL	500
Prueba directa de glicohemoglobina (HbA1c)			Inmunoensayo turbidimétrico	0360-040	R1: 1 x 30 mL R2(a): 1 x 9,5 mL R2(b): 1 x 0,5 mL R3(Lisante): 1 x 125 mL	2-16% HbA1c	Específica del instrumento
Juego de calibradores de glicohemoglobina directa Para uso con la prueba de Glicohemoglobina ref. 0360-040				0365-401	4 x 0,5 mL		
Juego de controles de glicohemoglobina directa Para uso con la prueba de Glicohemoglobina ref. 0360-040			Sangre purificada hemolizada	0355-201	2 x 0,5 mL		

* Sin marcado CE

Reactivos		Marcado CE	Metodología	Número de referencia	Contenido	Lineal	Lectura (nm)
Prueba de glicohemoglobina (HbA1 y HbA1c)	💧	•	Procedimiento de intercambio de iones optimizados en la resina	0350-060	60 pruebas STD: 1 x 1 mL	HbA1 4-20% HbA1c 2,6-16%	415
Prueba de glicohemoglobina Pre-Fil	💧	•	Procedimiento de intercambio de iones optimizados en la resina	P350-020	20 pruebas, STD: 1 x 1 mL	HbA1c 4-20% HbA1c 2,6-16%	415
				P350-050	50 pruebas, STD: 1 x 1 mL	HbA1c 4-20% HbA1c 2,6-16%	415
Controles de dos niveles para glicohemoglobina Para uso con la prueba de Glicohemoglobina ref. O350 y P350	🫧	•	Sangre purificada hemolizada	0357-201	2 x 1 mL		
Prueba de hierro y de capacidad total de fijación de hierro (TIBC)	💧	•	Ferrozine	0370-110	R: 1 x 15 mL Búfer 1: 1 x 125 mL Búfer 2: 1 x 125 mL STD: 1 x 30 mL (500 µg/dL)	1000 µg/dL	560
Prueba de LDH Liqui-UV® (cinética)	💧	•	Método modificado de Wacker	2940-430	R1: 4 x 25 mL R2: 1 x 20 mL	800 U/L	340
				2940-500	R1: 4 x 105 mL R2: 4 x 20 mL	800 U/L	340
Prueba de magnesio LiquiColor®	💧	•	Azul xylidil	0130-430	R: 4 x 30 mL STD: 1 x 3 mL (2 mEq/L)	4,3 mEq/L	520
Prueba de fósforo Liqui-UV®	💧	•	Fosfomolibdato	0830-125	R: 1 x 250 mL STD: 1 x 3 mL (10 mg/dL)	20 mg/dL	340
Prueba de potasio	💧	•	Método turbidimétrico	0160-050	50 pruebas STD: 1 x 3 mL (4 mmol/L)	10 mmol/L	580
Prueba de proteína total LiquiColor®	💧	•	Reacción de Biuret	0250-500	R: 2 x 250 mL STD: 1 x 3 mL (10 g/dL)	10 g/dL	550
Prueba de micro proteína LiquiColor® (CSF/orina)	💧	•	Pirogallol rojo/ colorimétrico	0345-212	R: 1 x 250 mL STD: 1 x 3 mL (100 mg/dL)	150 mg/dL	600
Prueba de salicilato Liqui-UV® (punto final) (TDM)	💧	•	Salicilato de hidroxilasa/ NADH	2410-051	R1: 1 x 50 mL R2: 1 x 1 mL STD: 1 x 3 mL (300 mg/L)	1000 mg/L	340
Prueba de sodio	💧	•	Acetato de uranilo	0140-050	50 pruebas STD: 1 x 6 mL (140 mmol/L)	160 mmol/L	420
Prueba de triglicéridos LiquiColor® (Mono) Con factor lípido clarificador	💧	•	Glicerol fosfato oxidasa (GPO)	2200-430	R: 4 x 30 mL STD: 1 x 2 mL (200 mg/dL)	1000 mg/L	500
				2200-225	R: 2 x 250 mL STD: 1 x 2 mL (200 mg/dL)	1000 mg/L	500
Prueba de triglicéridos LiquiColor® (enzimática) Con factor lípido clarificador	💧	•	Glicerol fosfato oxidasa (GPO)	2100-430	R1: 4 x 30 mL R2: 1 x 1,8 mL STD: 1 x 2 mL (200 mg/dL)	1000 mg/L	500
				2100-225	R1: 2 x 250 mL R2: 1 x 5,2 mL STD: 1 x 2 mL (200 mg/dL)	1000 mg/L	500
Prueba de nitrógeno ureico (BUN) Liqui UV® (cinética)	💧	•	Método de ureasa modificado	2020-430	R1: 4 x 25 mL R2: 1 x 20 mL STD: 1 x 3 mL (30 mg/dL)	140 mg/dL	340
				2020-500	R1: 4 x 105 mL R2: 4 x 20 mL STD: 1 x 3 mL (30 mg/dL)	140 mg/dL	340
Prueba de nitrógeno ureico (BUN) (enzimática-punto final)	💧	•	Método de Berthelot modificado	2050-450	R1: 2 x 50 mL R2: 2 x 50 mL STD: 1 x 3 mL (30 mg/dL)	100 mg/L	600
Prueba de nitrógeno ureico (BUN)	💧		Diacetilmonoxima	0580-250	250 pruebas STD 1: 1 x 3 mL (25 mg/dL) STD 2: 1 x 3 mL (50 mg/dL) STD 3: 1 x 3 mL (75 mg/dL)	80 mg/L	520
Prueba de ácido úrico LiquiColor® (enzimática) Con factor lípido clarificador	💧	•	Método de Trinder	1045-430	R: 4 x 30 mL STD: 1 x 3 mL (8 mg/dL)	20 mg/dL	520
				1045-225	R: 2 x 250 mL STD: 1 x 3 mL (8 mg/dL)	20 mg/dL	520

💧 **Reactivo líquido** 🫧 **Reactivo en polvo**

Química Calibradores

Ofrecemos calibradores especializados para química clínica así como un multicalibrador para usarse con sistemas químicos automatizados.

Juego de calibradores de glicohemoglobina directa (HbA1c)

Calibradores	Marcado CE		Número de referencia	Contenido
Calibrador de colesterol (HDL/LDL) directo	•		0595-003	1 x 3 mL
Juego de calibradores de glicohemoglobina directa (HbA1c)			0365-401	4 x 0,5 mL
Multicalibrador Ser-T-Cal™	•		0550-605	6 x 5 mL

Calibrador de colesterol (HDL/LDL) directo

Suero humano liofilizado que contiene HDL y LDL

- Calibrador reconstituido estable por 21 días a una temperatura de 2 a 8 °C

Juego de calibradores de glicohemoglobina directa (HbA1c)

- Calibrador reconstituido estable por 30 días a una temperatura de 2 a 8 °C
- Calibradores con referencia al Programa Nacional de Estandarización de la Glicohemoglobina (NGSP, por sus siglas en inglés)
- Juego de calibradores de cuatro niveles con % de valores HbA1c

Multicalibrador Ser-T-Cal™

Contiene 16 constituyentes incluyendo bilirrubina total y directa

- Reportado con valores específicos de instrumentos
- Calibrador reconstituido estable hasta por siete días a una temperatura de 2 a 8 °C, la bilirrubina total y directa son estables durante cinco días a una temperatura de 2 a 8 °C

Química Estándares

Ofrecemos varios estándares individuales, cada uno preparado usando cantidades de analito cuidadosamente medidas.

Estándares de linealidad para TDM/ß-Hidroxibutirato

Estándares	Marcado CE		Número de referencia	Contenido
Estándares de linealidad para TDM/ß-Hidroxibutirato También contiene acetaminofén y salicilato			2450-604	6 x 4 mL
Estándar de colesterol (200 mg/dL)	•		1012-030	30 mL
Estándar de cianometahemoglobina (20 gm/dL a una dilución de 1:251)	•		0325-006	6 x 15 mL
Estándar de glucosa (100 mg/dL)	•		1072-030	30 mL
Estándar de triglicéridos (200 mg/dL)	•		2103-030	30 mL
Estándar de nitrógeno ureico (30 mg/dL)	•		1022-030	30 mL

Química Controles

Ahora estamos en condiciones de ofrecer una plataforma de control de calidad del Grupo de Comparación para los usuarios de nuestros controles de ß-Hydroxibutirato. Para obtener más información visite stanbio.com/qc

Control de suero Ser-T-Fy® Niveles 1 y 2

Suero probado Ser-T-Fy®

Valores del ensayo para los métodos producidos por otros fabricantes líderes de reactivos

- Más de 60 constituyentes diferentes que incluyen drogas terapéuticas
- Reportado con valores específicos de instrumentos
- Valores disponibles en stanbio.com

Controles		Marcado CE	Número de referencia	Contenido
Controles TDM/ß-Hidroxibutirato de dos niveles	💧	•	2465-605	6 x 5 mL
Controles TDM/ß-Hidroxibutirato de tres niveles	💧	•	2460-605	6 x 5 mL
Juego de controles para glicohemoglobina directa (HbA1c)	💧💧💧		0355-201	2 x 0,5 mL
Controles de dos niveles para glicohemoglobina (HbA1c)	💧💧💧	•	0357-201	2 x 1 mL
Controles hCG para orina en dos niveles	💧	•	1225-205	2 x 5 mL
Controles hCG para suero en tres niveles	💧	•	1235-305	3 x 5 mL
Controles para Hgb en dos niveles. Para uso con tiras de prueba STAT-Site® M Hgb	💧	•	3065-601	6 x 1,5 mL
Controles para hemoglobina. Para uso con tarjetas de prueba STAT-Site® M Hgb	💧	•	503000	6 x 1,5 mL
Controles STAT-Site® ß-HB	💧	•	303000	2 x 3 mL
Controles para RPR (sífilis) en tres niveles (VDRL/RPR)	💧	•	1175-305	3 x 5 mL
Control de suero probado Ser-T-Fy® 1 Nivel 1	💧💧💧	•	G427-86	6 x 5 mL
Control de suero probado Ser-T-Fy® 2 Nivel 2	💧💧💧	•	G428-86	6 x 5 mL

Inmunoensayo

Los procedimientos de rutina de aglutinación de látex de RaPET® (Tecnología Rápida de Partículas Mejoradas) ofrecen resultados en tan solo dos minutos.

Nuestras pruebas disponen de tecnología sin dilución, lo que elimina la necesidad de diluir previamente las muestras de los pacientes y ahorra tiempo y minimiza los errores por dilución.

Nuestra gama de inmunoensayos RaPET® incluye:

- Tapas con goteros codificados por color para ayudar a minimizar aún más los errores
- Ensayo de floculación de carbón para la detección de la sífilis (RPR). El kit incluye controles reactivo, reactivo débil y no reactivo junto con pipetas/mezcladoras, aguja y botella para dispensar y tarjetas de prueba con círculos de 18 mm.

Inmunoensayo RaPET®

Serología RaPET®

Ahorra tiempo y
minimiza los errores de dilución

SUERO CE

Macroaglutinación superior

La tecnología "sin dilución" y las tapas codificadas por color ahorran tiempo y minimizan los errores

Resultados en dos minutos (ASO, CRP, RF)

Resultados en un minuto (s-LE)

Kit de prueba de serología RaPET®: completo con portaobjetos, pipetas/mezcladoras y controles positivos y negativos para asegurar resultados precisos. Las pruebas ASO, CRP y RF también incluyen un búfer de dilución.

Inmunoensayo	Número de referencia	Contenido
Prueba de ASO RaPET® (Antiestreptolisina-O)	1125-050	50 pruebas
	1125-100	100 pruebas
Prueba de CRP RaPET® (Proteína C reactiva)	1130-050	50 pruebas
	1130-100	100 pruebas
Prueba de RF RaPET® (Factor reumatoide)	1155-050	50 pruebas
	1155-100	100 pruebas
Prueba de s-LE RaPET® (Anti-DNP asociado con lupus eritematoso sistémico)	1160-050	50 pruebas
Prueba rápida para RPR (Anticuerpos reaginas asociados con sífilis)	1170-100	100 pruebas
	1170-500	500 pruebas
Controles para sífilis de tres niveles (VDRL/RPR)	1175-305	3 x 5 mL

Pruebas rápidas

Pruebas de punto de atención de diagnóstico diseñadas para ofrecer resultados rápidos y exactos.

Nuestras pruebas rápidas se utilizan en una variedad de establecimientos, como consultorios médicos, hospitales, laboratorios, clínicas y entornos con acceso limitado a otros equipos e instalaciones de diagnóstico.

Pruebas rápidas Embarazo

QuStick™ hCG

Nuestro inmunoensayo hCG más económico

ORINA · 3 min. · EXONERADO POR LA CLIA

>99% de precisión / >99% específico

Formato para introducir la tira en la muestra y leer

Controles incorporados de procedimiento positivo y negativo

Marcado CE

QuStick™ hCG	Número de referencia	Contenido
QuStick™ hCG 20 mIU/mL en orina	1210-425	100 pruebas (4 contenedores de 25 cada uno)

Pruebas rápidas Embarazo

QuPID® hCG

Formato de plataforma de un solo paso



3 min ORINA | 5 min SUERO | EXONERADO POR LA CLIA ORINA

>99% de precisión / >99% específico

Se almacena a temperatura ambiente

Controles incorporados de procedimiento positivo y negativo

Marcado CE

QuPID® hCG	Número de referencia	Contenido
QuPID® hCG 20 mIU/mL en orina	1220-025	25 pruebas
	1220-050	50 pruebas
QuPID® Plus hCG 20 mIU/mL en orina o suero	1230-025	25 pruebas
	1230-050	50 pruebas
QuPID® Plus E.R. hCG 20 mIU/mL en orina o 10 mIU/mL en suero	1250-050	50 pruebas

True®20 hCG

Formato de plataforma de un solo paso



3 min ORINA | 5 min SUERO | EXONERADO POR LA CLIA ORINA

>99% de precisión / >99% específico

Se almacena a temperatura ambiente

Controles incorporados de procedimiento positivo y negativo

Marcado CE

True®20 hCG	Número de referencia	Contenido
True® 20 hCG 20 mIU/mL en orina	1430-050	50 pruebas
True® 20 Plus hCG 20 mIU/mL en orina o suero	1440-050	50 pruebas

Controles de prueba de embarazo

Para uso en procedimientos hCG cualitativos de embarazo

Marcado CE

Controles	Número de referencia	Contenido
Controles hCG para orina en dos niveles (Positivo alto y negativo)	1225-205	Frascos de 2 x 5 mL
Controles hCG para suero en tres niveles (Positivo bajo, positivo alto y negativo)	1235-305	Frascos de 3 x 5 mL

Pruebas rápidas Enfermedades infecciosas

QuStick™ Strep A

Diagnóstico temprano de la infección de estreptococo A para un tratamiento económico

5 min

EXONERADO POR LA CLIA

97% de sensibilidad en comparación con los cultivos

91% a Escaso (< 5 colonias)
100% a 1+ (< 10 colonias)

QuStick™ Strep A	Número de referencia	Contenido
Prueba QuStick™ Strep A	6000-025	25 pruebas
	6000-050	50 pruebas

El kit incluye: tiras de prueba embolsadas individualmente, reactivo A y reactivo B, controles externos +/-, hisopos faríngeos Dacron®, tubos de extracción, instrucciones de uso, guía rápida ilustrada que muestra el procedimiento paso a paso.

Pruebas rápidas Enfermedades infecciosas

RELY® H.Pylori

Se utiliza para detectar úlceras duodenales y gástricas

10 min

EXONERADO POR LA CLIA

Prueba de dos pasos que brinda resultados en 10 minutos

Puede usarse en diferentes tipos de muestras (sangre total, suero o plasma)

Se almacena a temperatura ambiente y tiene fecha de caducidad prolongada para un mejor manejo del inventario

RELY® H. Pylori	Número de referencia	Contenido
Prueba RELY® H. Pylori	6300-020	20 pruebas

El kit incluye: plataformas empaquetadas individualmente, pipetas desechables (20), tubos capilares heparinizados desechables (20), depósito despachador (1), controles externos +/-, búfer, tarjeta de procedimiento e instrucciones de uso.

RELY® Mono

Detecte la mononucleosis infecciosa de forma rápida y confiable

5 min

EXONERADO POR LA CLIA

Prueba de dos pasos que brinda resultados en 5 minutos

Puede usarse en diferentes tipos de muestras (sangre total, suero o plasma)

Se almacena a temperatura ambiente y tiene fecha de caducidad prolongada para un mejor manejo del inventario

RELY® Mono	Número de referencia	Contenido
Prueba RELY® Mono	6200-020	20 pruebas

El kit incluye: plataformas empaquetadas individualmente, pipetas desechables (20), tubos capilares heparinizados desechables (20), depósito despachador (1), controles externos +/-, búfer, tarjeta de procedimiento e instrucciones de uso.

OEM y fabricación por contrato

Desde finales de la década de 1970 Stanbio Laboratory ha suministrado productos de marca privada/de Fabricantes de Equipos Originales (OEM, por sus siglas en inglés) a las empresas de IVD.

En la actualidad, proveemos productos de OEM a algunas de las empresas IVD más grandes del mundo al igual que a una serie de empresas pequeñas y medianas a nivel mundial.

Los productos de OEM pueden incluir fabricación personalizada, relleno personalizado y embalaje personalizado.

Como compañía certificada con ISO 13485:2003, Stanbio Laboratory puede ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus diversas necesidades especializadas, desde fabricar reactivos de química clínica a granel a llenar y ensamblar productos de forma personalizada.

Stanbio Laboratory emplea a personal altamente calificado para atender las necesidades específicas de nuestros clientes, como fórmulas, embalaje y etiquetado personalizados.



Biomarcadores

Daños en los órganos

EKF Diagnostics es líder mundial en el desarrollo, fabricación y distribución de análisis de biomarcadores sensibles para detección de daños en los órganos.

Investigadores y médicos de todo el mundo utilizan nuestros kits de biomarcadores. Nos centramos principalmente en el desarrollo de kits de pruebas para la detección de las etapas iniciales de la insuficiencia renal aguda (IRA).

Existen muchos factores causantes de lesiones renales agudas, entre ellos la nefrotoxicidad, el trasplante renal y la cirugía del corazón.

El uso de nuestros kits de prueba de biomarcadores, junto con la medición tradicional de la creatinina en suero (medida de la función renal), tiene numerosas ventajas:

- Capacidad para localizar el sitio exacto de la lesión renal
- Capacidad para detectar lesiones mucho antes que con la creatinina en suero por sí sola
- Mejora del desarrollo de medicamentos y el cuidado al paciente

Enfermedad renal crónica

Nuestro kit sTNFR1 ELISA identifica con precisión a los pacientes diabéticos con alto riesgo de progresión a enfermedad renal terminal (ESRD, por sus siglas en inglés).

Genotoxicidad

La prueba de Oxy-ADN es un kit de ensayo de genotoxicidad rápido, práctico y sensible basado en el método de fluorescencia que permite la detección y cuantificación del daño oxidativo al ADN a través del aducto de ADN, 8-oxo-guanina (oxo8Gua, 8OG).

Para obtener más información sobre los kits de biomarcadores de EKF, envíe un correo electrónico a **info@ekfdiagnostics.com**

ekfdiagnostics.com

Diagnósticos moleculares

PointMan™

Las tecnologías y productos altamente específicos, sensibles e innovadores de los diagnósticos moleculares de EKF mejoran los procesos de detección genética para la investigación y las aplicaciones de diagnóstico clínico con fines terapéuticos.

Tecnología de enriquecimiento de ADN PointMan™

PointMan es una herramienta de elevada sensibilidad con capacidad para enriquecer mutaciones a partir de muestras limitadas. Esta capacidad es vital para el diagnóstico terapéutico particularmente en oncología, donde la disponibilidad de biopsias tumorales es limitada.

El material de biopsia puede contener bajos niveles y cantidades variables de secuencias de ADN mutado que son difíciles de determinar en estado natural. Con una sensibilidad del 0.001%, PointMan puede enriquecer significativamente las mutaciones de bajo nivel para el análisis secuencial posterior.

Para uso exclusivo en investigación

Características y ventajas de PointMan

- Se requiere una cantidad mínima de muestra para el análisis ya que se utilizan tubos de ensayo individuales con posibilidad de realizar pruebas sanguíneas
- Ultrasensible, las mutaciones se enriquecen hasta en 0.001% en un contexto de estado natural
- Enriquecimiento de múltiples mutaciones como desajustes de 3′ y subdesajustes de 3′ de la cepa preparatoria del enriquecimiento
- Muy específico. Los reactivos no codifican la mutación de interés, con lo que se elimina el riesgo de errores de preparación y los falsos positivos.
- Análisis rápido. El tiempo de espera para la obtención de resultados no excede las 2 horas
- Compatible con los instrumentos y métodos de extracción de ADN estándar de la industria

Para obtener más información envíe un correo electrónico a **orders@ekfmolecular.com**

ekfmolecular.com

EKF MOLECULAR DIAGNOSTICS

Tabla de aplicación de reactivos

Producto	Número(s) de Referencia	Advia® 1650	Aeroset®	Alcyon™	Architect®	ATAC® 8000	AU™ 400/600/640	AU™ 560	Chemwell®	Sistemas Cobas Mira®	Dimension® SMS	Dimension® Vista 500/1500	Hitachi® 704	Hitachi® 717	Hitachi® 736	Hitachi® 737	Hitachi® 747	Hitachi® 902	Hitachi® 911	Hitachi® 912	Hitachi® 917	Sistemas Mindray™	Ortho Vitros® 5, 1/5600	Prestige/Biolis 24i	Roche Modular P	Selectra®	Synchron CX® 4/5/7	Synchron DX®	Synchron LX®	Targa® BT 3000 Plus
Acetaminofén	2400			●			●			●			●	●					●					●			●			
Albúmina	0285			●		●	●		●	●			●	●	●	●	●					●		●		●	●			
Fosfatasa alcalina	2900		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●			●		●		●	●			
ALT, SGPT	2930		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●		●		●	●			
α-Amilasa	2970			●			●		●	●			●	●	●	●	●				●	●		●		●	●			
AST, SGOT	2920		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●			
β-Hidroxibutirato	2440	●			●		●			●		●	●	●					●		●		●	●	●		●	●	●	
Bilirrubina, Directa	0235			●		●	●			●			●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●			●
Bilirrubina, Directa	0245/0260			●					●	●			●													●	●			
Bilirrubina, Total	0230			●		●	●			●			●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●			●
Bilirrubina, Total	0240/0260			●					●	●	●		●													●	●			
Calcio, Arsenazo	0155			●			●	●		●	●		●	●	●	●	●		●		●			●		●	●			
Calcio, CPC	0150			●		●			●	●												●		●		●				
Cloruro	0210			●					●	●			●	●	●	●	●					●		●		●	●			
Colesterol	1010			●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●		●	●			
Colesterol, HDL, Directo	0590			●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●		●	●		●		●	●			
Colesterol, LDL, Directo	0710			●		●	●			●	●		●	●			●	●	●		●	●		●		●	●			
CK-NAC	2910			●			●		●	●	●			●	●	●	●	●	●			●		●		●	●			
CK-MB	2980/0980			●					●	●			●	●					●	●		●		●		●				
Creatinina	0420			●			●		●	●	●		●		●	●	●				●	●		●		●	●			
Creatinina, Enzimática	0430	●		●	●	●	●			●			●	●			●	●	●		●	●		●	●	●	●		●	
γ-GT	2960		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●		●	●			
Glucosa, Hexoquinasa	1060			●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●			●		●		●	●			
Glucosa, Oxidasa	1070			●		●			●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●		●				
Glicohemoglobina HbA1c, Directa	0360	●		●	●					●	●		●	●			●	●				●		●	●		●			
LDH	2940		●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●		●	●		●		●	●			
Magnesio	0130			●		●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●			●		●		●	●			
Fósforo	0830			●		●	●	●		●			●	●	●	●	●				●	●		●		●	●			
Proteína, Total	0250			●		●	●		●	●	●		●	●	●	●					●	●		●		●	●			
Salicilato	2410									●			●	●										●			●			
Triglicéridos	2200/2100			●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●		●	●			
Nitrógeno ureico	2020			●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●			
Ácido úrico	1045			●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●		●	●			

Las marcas comerciales y las marcas comerciales registradas anteriores son exactas en la medida de nuestro conocimiento al momento de impresión

Para hacer pedidos a EKF-diagnostic GmbH: Información general

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

Estos términos y condiciones de venta y entrega serán aplicables a todos los suministros y servicios de EKF-diagnostic GmbH si el contratista es un empresario (Sección 14 del Código Civil alemán), una persona jurídica conforme al derecho público o un patrimonio especial conforme al derecho público. Todos los términos y condiciones opuestos o complementarios del comprador están expresamente excluidos, tales condiciones solamente podrán formar parte de un contrato si EKF-diagnostic GmbH ha declarado expresamente su consentimiento para la inclusión de tales condiciones en un acuerdo independiente.

OFERTA Y ACEPTACIÓN DE PEDIDO

Las ofertas de EKF-diagnostic GmbH serán sin compromiso y no vinculantes; se deberá entender que son una solicitud para que el comprador presente una oferta de contrato.

Todos los documentos incluidos en la oferta, como ilustraciones, dibujos, pesos y dimensiones, solamente se considerarán como especificaciones aproximadas bajo consideración de las tolerancias habituales, salvo que EKF-diagnostic GmbH los haya identificado como documentos vinculantes.

PRECIOS

Salvo disposición expresa de lo contrario, los precios acordados se aplicarán en fábrica, incluida la carga, pero con exclusión de los gastos de embalaje, envío y seguro. Todos los gastos de embalaje, transporte y seguro correrán a cargo del comprador.

PERIODO DE ENTREGA

EKF-diagnostic GmbH prestará sus servicios dentro del plazo acordado.

El plazo de entrega se considerará cumplido si la mercancía ha salido de la empresa antes del vencimiento de dicho plazo o si se ha notificado la preparación del envío.

Si la entrega de EKF-diagnostic GmbH se ve retrasada por razones no atribuibles a EKF-diagnostic GmbH, como fuerza mayor, enfermedad, huelga, etcétera, el plazo de entrega se ampliará en consecuencia. Esto también aplicará si los sub-proveedores de EKF-diagnostic GmbH se ven afectados por tales eventos. El comprador no tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios en tal caso.

Si el envío se retrasa a petición del comprador, el comprador deberá reembolsar a EKF-diagnostic GmbH cualquier costo en el que haya incurrido como resultado de tal retraso, en particular los costos de almacenamiento. Los costos de almacenamiento en las instalaciones de EKF-diagnostic GmbH no podrán ser inferiores al 0,5% del valor neto del pedido por cada mes. Si se ha establecido un periodo de gracia razonable y este ha transcurrido en vano, EKF-diagnostic GmbH tendrá derecho a disponer de la mercancía a su discreción y suministrar los bienes al comprador en un plazo razonablemente ampliado.

ENVÍO

Las mercancías se enviarán y transportarán por cuenta y riesgo del comprador.

El riesgo será transferido al comprador a más tardar con el envío de las mercancías, incluso si se ha acordado un envío parcial o si EKF-diagnostic GmbH ha acordado proporcionar también otros servicios, tales como los gastos de envío o de entrega e instalación. Si el comprador lo solicita explícitamente y solamente si así se acuerda por separado, EKF-diagnostic GmbH contratará un seguro de cargamento para cubrir la mercancía por robo, destrozo, transporte, incendio y daños por agua, así como otros riesgos asegurables.

GARANTÍA

Las reclamaciones del comprador por defectos en la mercancía suministrada pasarán a ser prescritas después de 12 meses. Esto no afectará la limitación de las solicitudes de reembolso de los gastos que figuran en las secciones 478 párrafo 2, 479 párrafo 1 del Código Civil alemán, y la suspensión de la fecha de vencimiento conforme a lo dispuesto por la sección 479 párrafo 2 del Código Civil alemán. Por otra parte, las disposiciones de las secciones 2 y 4 se aplicarán exclusivamente a los contratos que no sean para la compra de bienes de consumo, según lo dispuesto por los artículos 474 a 479 del Código Civil alemán.

PROTECCIÓN DE DATOS, PUBLICIDAD

En cumplimiento de las normas legales de protección de datos, EKF-diagnostic GmbH recopilará, procesará, almacenará y utilizará los datos personales del comprador en la medida necesaria para el establecimiento, la negociación o la modificación de la relación contractual o la cancelación de los pasivos asumidos. Los datos personales serán: empresa, nombre, apellido, dirección, teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico y datos bancarios. El comprador tendrá derecho a revocar su consentimiento a la recopilación y uso de sus datos personales en el futuro.

OFICINAS DE VENTAS

EKF Diagnostics Holdings plc
Avon House, 19 Stanwell Road,
Penarth, Cardiff CF64 2EZ
Tel.: +44 (0)29 20 710570
Correo electrónico:
info@ekfdiagnostics.com

Stanbio Laboratory
1261 North Main Street
Boerne, TX 78006
Número gratuito: 1 800 531 5535
(en EE.UU.)
Fuera de EE.UU.: 001 830 249 0772

SOPORTE TÉCNICO

Hemo Control, Biosen y Lactate Scout
Tel.: +49 (0)39 203 78514
Correo electrónico:
support@ekf-diagnostic.de

Quo-Test y Quo-Lab
Tel.: +44 (0)1932 220124
Correo electrónico:
support@quotientdiagnostics.co.uk

HemoPoint® H2, STAT-Site®, Excel™, Uri-Trak® 120, química clínica
Número gratuito: 1 800 531 5535
(en EE.UU.)
Fuera de EE.UU.: 001 830 249 0772
Correo electrónico: lab@stanbio.com

Para conocer los términos y condiciones de venta completos visite **ekfdiagnostics.com** o hable con el representante de ventas de su región.

Para hacer pedidos a Quotient Diagnostics: Información general

OFERTA Y ACEPTACIÓN DEL PEDIDO

El pedido constituye una oferta por parte del cliente para comprar Bienes y/o Servicios de conformidad con estas Condiciones.

El Pedido solamente se considerará aceptado cuando el Proveedor emita una aceptación del Pedido por escrito, en ese momento y con esa fecha el contrato entrará en existencia.

Todas las muestras, dibujos, materia descriptiva o anuncios emitidos por el Proveedor y las descripciones de los Bienes o las ilustraciones o descripciones de los Servicios contenidos en los catálogos o folletos del Proveedor son emitidos o publicados con el único fin de proporcionar una idea aproximada de los Servicios y/o Bienes que se describen en ellos. Estos no formarán parte del Contrato ni tendrán fuerza contractual.

ENTREGA

Todas las fechas señaladas para la entrega de los Bienes son solamente aproximadas y el tiempo de entrega no es importante. El Proveedor no será responsable de cualquier retraso en la entrega de los Bienes que sea causado por un Evento de fuerza mayor o por la incapacidad del Cliente para proporcionar al Proveedor las instrucciones de entrega adecuadas u otras instrucciones que sean relevantes para el suministro de los Bienes.

Si el Proveedor no entrega los Bienes, su responsabilidad se limitará a los costos y gastos en los que el Cliente haya incurrido en la obtención de productos de reemplazo con una descripción y calidad similares en el mercado más barato disponible, menos el precio de los Bienes. El Proveedor no será responsable por no entregar los Bienes en la medida en que esto haya sido causado por un Evento de fuerza mayor, la incapacidad del Cliente para proporcionar al Proveedor las instrucciones de entrega adecuadas u otras instrucciones relevantes para el suministro de los Bienes.

El Proveedor podrá entregar los Bienes a plazos, que serán facturados y pagados por separado. Cada entrega constituirá un contrato independiente. Cualquier retraso en la entrega o defectos en un plazo no dará derecho al Cliente a cancelar cualquier otra entrega.

GARANTÍA

Quotient Diagnostics garantiza que en el envío, y por un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega o hasta la fecha de vencimiento del producto, lo que ocurra primero, los Bienes:
- Se conformarán con su descripción en todos los aspectos importantes
- Estarán libres de defectos esenciales de diseño, materiales y mano de obra
- Serán de calidad satisfactoria (en el sentido de la Ley de Venta de Bienes de 1979)
- Serán aptos para cualquier propósito ofrecido por el Proveedor

PRECIOS Y PAGO

El precio de los Bienes y/o Servicios será el precio establecido en el Pedido o, si no hay un precio cotizado, el precio establecido en la lista de precios publicada por el Proveedor en la fecha de entrega y/o suministro de los Servicios. El precio de los Bienes no incluye todos los costos, entre los que se incluye pero sin limitación a cargos de embalaje, seguros, transporte de los bienes, comisiones bancarias, impuestos especiales, etcétera, que el Cliente pagará cuando pague por los Bienes.

RESCISIÓN DEL CONTRATO

Sin perjuicio de sus otros derechos o recursos, el Proveedor podrá rescindir el Contrato:
- Mediante notificación por escrito al Cliente con tres (3) meses de anticipación
- Con efecto inmediato mediante notificación por escrito al Cliente si el Cliente cae en incumplimiento de los pagos del importe adeudado bajo este Contrato en la fecha de vencimiento para el pago.

El Cliente puede rescindir el Contrato mediante notificación por escrito al Proveedor con no menos de seis (6) meses de anticipación.

OFICINAS DE VENTAS

EKF Diagnostics Holdings plc
Avon House, 19 Stanwell Road,
Penarth, Cardiff CF64 2EZ
Tel.: +44 (0)29 20 710570
Correo electrónico:
info@ekfdiagnostics.com

Stanbio Laboratory
1261 North Main Street
Boerne, TX 78006
Número gratuito: 1 800 531 5535
(en EE.UU.)
Fuera de EE.UU.: 001 830 249 0772

SOPORTE TÉCNICO

Hemo Control, Biosen y Lactate Scout
Tel.: +49 (0)39 203 78514
Correo electrónico:
support@ekf-diagnostic.de

Quo-Test y Quo-Lab
Tel.: +44 (0)1932 220124
Correo electrónico:
support@quotientdiagnostics.co.uk

HemoPoint® H2, STAT-Site®, Excel™, Uri-Trak® 120, química clínica
Número gratuito: 1 800 531 5535
(en EE.UU.)
Fuera de EE.UU.: 001 830 249 0772
Correo electrónico: lab@stanbio.com

Para conocer los términos y condiciones de venta completos hable con el representante de ventas de su región.

Para hacer pedidos a Stanbio Laboratory: Información general

SERVICIO AL CLIENTE
Usted se puede comunicar con el Departamento de Servicio al Cliente de Stanbio por teléfono, fax o correo electrónico para hacer pedidos o solicitar información acerca de los productos y su envío.
Número gratuito: 1-800-531-5535 (solamente para EE.UU.)
Teléfono principal: (830) 249-0772 (para todo el mundo)
Fax: (830) 249-0851 (para todo el mundo)
Correo electrónico: orders@stanbio.com

REPRESENTANTES INTERNOS DE VENTAS
Los Representantes Internos de Ventas pueden ayudar a responder ventas generales o preguntas técnicas sobre nuestros productos. Comuníquese con el Departamento Interno de Ventas a su número gratuito (solamente para EE.UU.): 1-866-STANBIO (782-6246).

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para obtener un servicio más rápido al hacer una orden de compra,
incluya la siguiente información:
1. Número de pedido
2. Número(s) de referencia del producto/ descripción(es) del producto
3. Cantidad por artículo
4. Dirección completa para el envío de productos/dirección completa para el envío de facturas
5. Método de envío que prefiere/ compañía transportista
6. Fecha de envío solicitada

INFORMACIÓN DE ENVÍO
Pedidos nacionales: los pedidos se envían ExWorks (puestos en fábrica) Boerne, Texas. Se utilizan diversas compañías transportistas a fin de brindar la forma de transporte más rápida y económica. Stanbio utilizará un transportista particular solamente cuando el cliente así lo especifique. Los productos refrigerados se envían a través de un servicio de entrega de dos (2) días de lunes a miércoles o, si así lo solicita el cliente, a través del servicio nocturno en jueves. Los productos congelados se envían por servicio nocturno de lunes a jueves. Se aplicarán cargos adicionales a envíos que contengan materiales peligrosos. Pedidos internacionales: los términos de venta son ExWorks Boerne, Texas.

CAMBIOS DE PRODUCTO
Todas las especificaciones de los productos y los tamaños de embalaje están sujetos a cambios sin previo aviso. Stanbio Laboratory se reserva el derecho de modificar los precios o descatalogar los productos y tamaños sin previo aviso.

TÉRMINOS DE PAGO
Los términos de pago son por adelantado, C.O.D. o pago neto a 30 días con un crédito aprobado. El pago se puede realizar por transferencia bancaria, cheque, giro bancario, giro postal, carta de crédito (irrevocable y confirmada) o con tarjetas de crédito VISA o MASTERCARD. Una cuenta abierta requiere que se realice el pago total antes o al término de la cuenta. Los saldos insolutos tendrán como consecuencia cargos de uno y medio por ciento (1 1/2 %) mensual hasta que se complete el pago. Las cuentas morosas se colocarán en retención de crédito hasta que se reciba el pago completo. Cuando proceda, los cargos por carga, manejo y seguro serán pagados por adelantado y se añadirán a la factura del cliente.
Envíe los pagos a:
P.O. Box 907, San Antonio, TX,
USA 78294-0907

DISTRIBUIDORES
Los productos de Stanbio Laboratory se venden a través de un grupo de Distribuidores de Provisiones Médicas cuidadosamente seleccionado. Comuníquese con nuestro Departamento de Ventas para obtener el nombre del Distribuidor autorizado de Stanbio en su área.

LICENCIAS
Este catálogo de productos contiene información sobre los productos dirigidos a una amplia variedad de audiencias y podría contener detalles o información de los productos que no son accesibles o válidos en su país. Stanbio Laboratory no se hace responsable por acceder a dicha información que puede no cumplir con cualquier proceso legal, regulación, registro o uso en su país de origen.

TOXICIDAD DEL PRODUCTO Y MATERIALES PELIGROSOS
Los productos de Stanbio Laboratory solamente deben ser manejados por personas capacitadas en Buenas Prácticas de Laboratorio y deben estar familiarizadas con los peligros potenciales del manejo de reactivos. Todos los productos Stanbio se envían con las etiquetas correspondientes y las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales se encuentran disponibles. Todas las MSDS describen, en la medida de los conocimientos de Stanbio, los problemas potenciales que surgen del manejo. Toda ausencia de advertencia no debe ser interpretada como una indicación de seguridad y tampoco impide un peligro potencial para la salud. Se debe tener el debido cuidado con todos los productos de Stanbio para evitar el contacto y la ingestión

SERVICIO TÉCNICO
El soporte técnico está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora central de los Estados Unidos.
Número gratuito: 1 800 531 5535 (en EE.UU.)
Fuera de EE.UU.: 001 830 249 0772
Correo electrónico: lab@stanbio.com
Esté preparado para brindar cualquier información específica, incluyendo el número de referencia, el número de control y la fecha de vencimiento del producto.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
Stanbio Laboratory garantiza que todos sus productos funcionarán de acuerdo con los parámetros que se encuentran en sus respectivos prospectos, hasta la fecha de vencimiento. Cualquier producto que no cumpla con estos estándares será reemplazado sin cargo. Stanbio Laboratory no se hace responsable por productos que se guarden más allá de la fecha de vencimiento o que no se almacenen correctamente. Una "Autorización de Devolución de Productos" (número RGA) se debe obtener por parte del Departamento de Calidad de Stanbio antes de que el producto se devuelva a causa de un mal desempeño. Todo producto recibido debido a un error por parte de Stanbio Laboratory puede ser devuelto para su reemplazo o reembolso inmediatamente después de recibir la autorización del Departamento de Servicio al Cliente de Stanbio. Reporte cualquier discrepancia en los artículos/ cantidad a nuestro Departamento de Servicio al Cliente dentro de un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha la recepción del producto. Los daños por transporte deben ser reportados directamente al transportista. Debido a las cuestiones de cumplimiento de la FDA y los controles GMP, todo artículo enviado como resultado de un error del cliente no puede ser devuelto para reembolso. Determinados bienes reembolsables por Stanbio Laboratory estarán sujetos a una tarifa de reposición de existencias del 15% para cubrir parcialmente el costo de los procedimientos de Control Calidad que Stanbio Laboratory debe realizar en todos los productos devueltos.

OFICINAS DE VENTAS

EKF Diagnostics Holdings plc
Avon House, 19 Stanwell Road,
Penarth, Cardiff CF64 2EZ
Tel.: +44 (0)29 20 710570
Correo electrónico:
info@ekfdiagnostics.com

Stanbio Laboratory
1261 North Main Street
Boerne, TX 78006
Número gratuito: 1 800 531 5535
(en EE.UU.)
Fuera de EE.UU.: 001 830 249 0772

SOPORTE TÉCNICO

Hemo Control, Biosen y Lactate Scout
Tel.: +49 (0)39 203 78514
Correo electrónico:
support@ekf-diagnostic.de

Quo-Test y Quo-Lab
Tel.: +44 (0)1932 220124
Correo electrónico:
support@quotientdiagnostics.co.uk

HemoPoint® H2, STAT-Site®, Excel™, Uri-Trak® 120
Número gratuito: 1 800 531 5535
(en EE.UU.)
Fuera de EE.UU.: 001 830 249 0772
Correo electrónico: lab@stanbio.com

Para conocer los términos y condiciones de venta completos visite **stanbio.com** o hable con el representante de ventas de su región.

EKF Diagnostics Holdings plc
Avon House, 19 Stanwell Road,
Penarth, Cardiff, Reino Unido, CF64 2EZ
Tel.: +44 (0)29 20 710570
www.ekfdiagnostics.com

STANBIO LABORATORY
Una empresa de EKF Diagnostics

Stanbio Laboratory • 1261 North Main Street • Boerne, Texas 78006 • Estados Unidos
Número gratuito: 866.782.6246 • **Tel:** 830.249.0772 • **Fax:** 830.249.0851
Correo electrónico: stanbio@stanbio.com •
Página de Internet: www.stanbio.com

©2013 EKF Diagnostics y Stanbio Laboratory CAT2013S EN 0.0-07/2013